



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

- 6. Levantamiento del acta correspondiente a la sesión.
- 7. Clausura de la sesión.



Acto seguido, se solicitó al C.P. Juan Ramón González Farías, secretario Técnico Suplente, diera lectura a las siguientes precisiones elaboradas por la convocante.

Precisión No. 1. ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. PROPUESTA TÉCNICA

DICE: POR PARTIDA ÚNICA.

DEBE DECIR: POR PARTIDAS

Como cuarto punto del orden del día, se informó que en la fecha y hora señalada en la convocatoria que emite las bases de la Licitación Pública Nacional No. 36066001-017-23, se recibieron preguntas por parte los licitantes AMPHARMA, S.A. de C.V., CHC Y ASOCIADOS COMERCIALIZADORA, S.A. de C.V., ECO DISTRIBUIDORA MÉDICA, S.A de C.V., POWER MED MÉXICO, S.A. de C.V., las cuales fueron contestadas en tiempo y forma por el área requirente, dando lectura a las mismas la Dra. Cristina López Ceballos Asesora Técnica designada por el área requirente, siendo a saber las siguientes:

GABRIELA CARLOTA LEGUER RETOLAZA.

A) PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Cuál será el plazo final de pago una vez ingresadas las facturas	Será el establecido en el punto 1.13 CONDICIONES DE PAGO, de las bases de la presente licitación

B) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.


PREGUNTAS	RESPUESTAS
Con el fin de garantizar una óptima maniobra de desfibrilación en el paciente y reducir el número de intentos repetitivos y el daño al miocardio, se solicita a la convocante se considere el rango de energía Para adultos: 100J, 150J, 170J, 200J, 300J, 360J y para niños: 10J, 15J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, para ampliar el espectro tanto de	No procede su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo numero 1 técnico de las bases de la presente licitación.

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>pacientes que pueden ser desfibrilados como de la energía suministrada ¿Se acepta?</p> <p>Para incrementar la duración de la batería y extender el tiempo en que la batería debe ser cambiada, se solicita a la convocante que el tiempo de vida útil de espera de la batería se incremente a por lo menos 5 años de duración, garantizando el óptimo funcionamiento del equipo ¿Se acepta?</p>	<p>No se acepta su solicitud.</p>
<p>El equipo ofertado cumple y supera las características de tiempos de encendido, carga y descarga. 2 segundos en encender 5 segundos para hacer el análisis y 1 segundos de carga, por lo que supera a las características solicitadas</p>	<p>No se acepta su solicitud</p>
<p>Las dimensiones físicas del equipo no modifican su funcionalidad por lo que se pide a la convocante nos permita ofertar un equipo con dimensiones: 210mm (ancho) 286mm (profundo) 78mm (alto), garantizando el cumplimiento de todos los requerimientos funcionales ¿Se acepta?</p>	<p>No se acepta su solicitud</p>
<p>El equipo ofertado cumple con el requerimiento de estándar de vibración 21.102, ISO9919, equiparable al estándar solicitado que garantiza</p>	



[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>el óptimo funcionamiento del equipo en presencia de movimiento y vibración que lo afecten directamente, por lo que se solicita a la convocante nos permita ofertar equipo que cumpla con este estándar ¿Se acepta?</p>	<p>No se acepta su solicitud</p>
---	----------------------------------

CH&C ASOCIADOS COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

A) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>NUMERAL 1.2 FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA: Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que, toda vez que los equipos solicitados en el presente proceso de licitación tienen un tiempo de fabricación prolongado y algunos componentes suelen venir de otros países, se amplíe el plazo de entrega a 45 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del fallo correspondiente para todas las partidas. Favor de confirmar.</p>	<p>No procede su solicitud, apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>

POWERMED MÉXICO, S.A. DE C.V.

A) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>PREGUNTA 1</p> <p>PARTIDA 1 SE SOLICITA AL REQUIRIENTE NOS INDIQUE, SI EN EL APARTADO DE ACCESORIO ¿REQUIEREN 5 ELECTRODOS DESECHABLES ADULTO/PEDIÁTRICO POR EQUIPO O EN GENERAL POR LOS 100 EQUIPOS SOLICITADOS?</p> <p>PREGUNTA 2</p> <p>PARTIDA 1 SE SOLICITA AL REQUIRIENTE NOS INDIQUE, SI LOS MANTENIMIENTOS SERÁN EN SITIO Y TODOS LOS EQUIPOS SE ENCONTRARÁN DONDE MISMO.</p>	<p>No procede su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo numero 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p> <p>LOS MANTENIMIENTOS SERAN EN SITIO, LA DISTRIBUCION DE LOS EQUIPOS SE PROPORCIONARA UNA VEZ ADJUDICADO.</p>

[Handwritten signatures and initials]



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PREGUNTA 3

PARTIDA 1

SE SOLICITA AL REQUIRIENTE NOS INDIQUE SI LA INSTALACIÓN ES NECESARIA, YA QUE POR SER EQUIPO DEA SON PORTÁTILES Y NO REQUIEREN DE LA MISMA.

No procede su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo numero 1 técnico de las bases de la presente licitación. (EN EL ACCESORIO DE VITRINA SE REQUIERE INSTALACION)

PREGUNTA 4

PARTIDA 3

SE SOLICITA AL REQUIRIENTE NOS INDIQUE, ¿QUÉ TIPOS DE TRANSDUCTORES SON LOS QUE REQUIEREN?

SE REQUIEREN DOS TIPOS DE TRANSDUCTORES:
LINEAL RANGO DE 2 A 12 MHZ
CONVEXO 1-5 MHZ

ECO DISTRIBUIDORA MÉDICA.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
-----------	------------

A) PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARTIDA 1 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO En lo referente a la Partida 1 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO entendemos que la adquisición de accesorios y consumibles es opcional por lo que se deberá referenciar esos puntos en el manual únicamente de forma ilustrativa.	NO ES OPCIONAL, apegarse a lo señalado en el anexo numero 1 técnico de las bases de la presente licitación (UNA VITRINA/ARMARIO METALICO POR EQUIPO DEA ADQUIRIDO Y DOS PARCHES ADULTO/PEDIATRICO COMPATIBLES POR CADA DEA ADQUIRIDO)
PARTIDA 2 SILLA DE RUEDAS ANFIBIA En lo referente a la Partida 2 SILLA DE RUEDAS ANFIBIA entendemos que tiene como largo total 125 cm, esto es incluyendo el reposapiés por lo que le solicitamos a la convocante nos permita ofertar largo sin reposapiés de 79.5 cm	No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo numero 1 técnico de las bases de la presente licitación
PARTIDA 3 ULTRASONIDO En lo referente a la Partida 3 ULTRASONIDO entendemos que el equipo deberá ser compatible con por lo menos 13 modelos de transductores, por lo que le solicitamos amablemente a la convocante aclare cuantos y cuales transductores requiere que se incluyan en la propuesta	SE REQUIEREN DOS TIPOS DE TRANSDUCTORES: <ul style="list-style-type: none"> • LINEAL RANGO DE 2 A 12 MHZ • CONVEXO 1-5 MHZ

AMPHARMA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS	RESPUESTAS
A. Carácter Técnico PARTIDA 3. ULTRASONIDO. DESCRIPCIÓN. "INTEGRA UNA POTENCIA DE PROCESAMIENTO QUE PERMITE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD. LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN 13 TRANSDUCTORES COMPATIBLES, UNA BATERIA DE IONES DE LITIO, ALTAVOCES INTEGRADOS, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Y	No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.

COLIMA



AÑOS

1523

2023

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>UNA INTERFAZ DE USUARIO RESISTENTE A SALPICADURAS." PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGIA Y TERMINOLOGIA COMO "IMAGENES DE ALTA CALIDAD EN UNA AMPLIA GAMA CLINICA QUE INCLUYE APLICACIONES ABDOMINALES, CARDÍACAS Y VASCULARES. CON BATERÍA INTEGRADA, ALTURA AJUSTABLE Y BRAZO ARTICULADO. CON PANTALLA TÁCTIL DE 10.1 PULGADAS PERSONALIZABLE POR APLICACIÓN CLÍNICA" ¿SE ACEPTA?</p>	
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO NUMERAL 1.- PESO 3.4 KG. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PERMITIR OFERTAR EQUIPOS MAS ROBUSTOS, SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE GABINETE RODABLE CON PESO DE 64 KG. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO • DIMENSIONES 30.2 CM X 27 CM X 7.9 CM (LXWXH). PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON DIMENSIONES DE 53 1 CM X 76.7 CM X 156 7 CM (LXWXH) LO ANTERIOR EN VIRTUD DE SER UN EQUIPO DE GABINETE MAS ROBUSTO CON MAYORES APLICACIONES CLINICAS Y Y LO CUAL RESULTA EN UN BENEFICIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO. PANTALLA 10.4"/26.4 CM DIAGONAL LCD (NTSC O PAL). PREGUNTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PANTALLA DE 21.5 PULGADAS LCD. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE SER SUPERIOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO. ARQUITECTURA BANDA ANCHA DIGITAL. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGIA Y TERMINOLOGIA COMO "FORMADOR DE HAZ DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD Y PROCESAMIENTO MÚLTIPLE LO CUAL CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO.</p>	





JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>NORMATIVIDAD CUMPLIMIENTO CON NOM HIPAA CONJUNTO COMPLETO DE HERRAMIENTAS.</p> <p>PREGUNTA: LA "NORMA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA LEY DE PORTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DE SEGUROS MÉDICOS" (HIPAA) ES UNA NORMA APLICABLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, PARA LA CUAL, EL EQUIVALENTE NACIONAL ES LA NOM-024-SSA3-2010.- RELACIONADA AL SISTEMA DE EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO. POR LO QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LA NOM-024-SSA3-2010 FIRMADA POR EL DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MEXICO Y TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO. TECLAS A Y B PROGRAMABLES: AMBAS PUEDEN SER ASIGNADAS POR EL USUARIO AUMENTANDO LA FACILIDAD DE MANEJO PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGIA COMO * BOTONES DE SOFTWARE CON APLICACIONES PRE ESTABLECIDAS PARA ASIGNAR FUNCIONES". LO ANTERIOR EN VIRTUD DE CUMPLIR Y SUPERAR LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO. CARRO DE TRANSPORTE. PREGUNTA ENTENDEMOS QUE PODREMOS OFERTAR EQUIPO DE GABIENTE CON RUEDAS, LO ANTERIOR YA QUE DICHA CARACTERISTICA CUMPLE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO. MINIDOCK. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE ESTA CARACTERISTICA SE REFIERE A QUE EL EQUIPO CUENTE CON PUERTOS ACTIVOS PARA CONEXIÓN DE TRANSDUCTORES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No es correcta su apreciacion, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>
<p>PARTIDA 3. ULTRASONIDO. SOPORTE DE PIE. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR A QUÉ REFIERE LA FUNCIÓN SOLICITADA COMO "SOPORTE DE PIE"</p>	<p>No se solicito soporte de pie, apegarse a lo señalado en el anexo Número 1 técnico de las bases de la presente licitación.</p>



[Handwritten signatures and notes]





JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
UNIDAD DE ULTRASONOGRAFÍA BÁSICA DESCRIPCIÓN:

1. Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de ocho controles independientes.
2. Con 274.432 canales de procesamiento digital, simultáneos 3. Rango dinámico del sistema de 272 dB.
4. Modos.
 - 4.1. Bidimensional con modo M simultáneo.
 - 4.2. Doppler pulsado. Doppler color.
 - 4.3. Sistema de mapeo de perfusión a color (eFlow).
 - 4.4. Imágenes armónicas.
5. Zoom en tiempo real con dieciséis niveles.
6. Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de 500 cuadros o mayor en color.
7. Monitor a color de 21.5 pulgadas.
8. Con 256 tonos de gris.
9. Con trackball, integrado al tablero de control con interfaz en español.
10. Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interfaz en español.
11. Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: cardiología, vasculares, ginecológicos, pediátricos y obstétricos.
 - 11.1. Distancias.
 - 11.2. Área.
 - 11.3. Volumen.
 - 11.4. Ángulos
 - 11.5. Velocidades y aceleración.
12. Que permita la inclusión de protocolos por el usuario
13. Trazo automático del espectro Doppler con calculos de indice de pulsatilidad, resistividad.
14. Imagen trapezoidal
15. Imagen compuesta.
16. Imagen adaptativa en tiempo real para reducción de ruido o programa para reducción de ruido
17. Con pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas que permita una navegación sencilla de los controles del sistema.
18. Capacidad de escalamiento de hardware y software.
19. Almacenamiento con capacidad de 500 GB.
20. Unidad de almacenamiento por medio de CD-R, DVD-RAM y USB.
21. Al menos 3 puertos activos para conectar simultáneamente 3 transductores.:
22. Gabinete interconstruido para transporte del equipo, con porta transductores.
 - 22.1. Con cuatro ruedas, freno en ruedas traseras y delanteras (cuatro frenos)
23. Alimentación eléctrica 110-120 V +/-10%, 60 Hz

ACCESORIOS:

1. Transductores electrónicos multifrecuencia
 - 1.1. Lineal con el rango de 2 MHz a 12 MHz. para partes pequeñas, Con frecuencias armonicas.

No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.

No se acepta su solicitud, apegarse a lo señalado en el anexo número 1 técnico de las bases de la presente licitación.




[Handwritten signatures and initials]





JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

<p>1.2. Convexo curvilíneo con el rango de 1 Mhz a 5 Mhz, con frecuencias armónicas.</p> <p>2. UPS de doble conversión con supresor de picos de 30 minutos al menos.</p> <p>LO ANTERIOR EN VIRTUD DE SER CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS LO CUAL SE TRADUCE EN UN BENEFICIO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ¿ SE ACEPTA?</p>	
---	--

Una vez leído lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se indicó que esta acta forma parte integral de las propias bases de la Licitación Pública Nacional No. 36066001-017-23, por lo que deberán ser consideradas por los licitantes participantes en la elaboración de sus propuestas.

Como quinto punto del orden del día en uso de la voz a la **Mtro. Armando Rodríguez López**, pregunta si alguno de los presentes tiene algún asunto general a tratar. A lo cual ningún integrante del Subcomité presentó asunto alguno a tratar en este punto.

No habiendo más asuntos que tratar y en cumplimiento del sexto punto de la orden del día, el **Mtro. Armando Rodríguez Díaz**, solicitó proceder a la elaboración del acta correspondiente a la sesión.

Se les recuerda a los participantes que el acto de Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas se llevará a cabo el día **31 de octubre de 2023** en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado No. 249, en la Colonia Burócratas Municipales, del Municipio de Colima a las **11:00 hrs.** el cual dará inicio puntualmente por lo que no se aceptaran propuestas después de la hora señalada en las bases de licitación.

Para efectos de la notificación de la licitación Pública Nacional que nos ocupa, para los licitantes que no hubieran asistido al acto de junta de aclaraciones, y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en forma personal por medio del correo que los mismos hayan proporcionado al momento de su inscripción, sin perjuicio de lo anterior se podrá proporcionar en fotocopia a su solicitud, el acta respectiva, estando a su

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

disposición a más tardar el día hábil siguiente de la celebración del presente acto y hasta por el término de cinco días hábiles, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado No. 249, en la Colonia Burócratas Municipales, del Municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar como séptimo punto del orden del día se dio por concluido el acto Junta de Aclaraciones, siendo las **15:38** horas del día de su inicio obviando la lectura de la presente acta por instrucción de la Presidenta Suplente del Subcomité, firmando al margen y al calce y como constancia de haber recibido copia de esta acta, para todos los efectos legales administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo.

POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESIDENTE SUPLENTE CON VOZ Y VOTO

Mtro. Armando Rodríguez López
Director de Planeación.

VOCALES CON VOZ Y VOTO:

C.P. María Susana Gallardo Gallardo
Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales
Secretaria Ejecutiva Suplente

Dr. Arturo Ordóñez Ayala
Subdirector de Atención Médica
Vocal Suplente

Licda. Ramona Espanza Magdaleno
Subdirectora de Planeación de Proyectos y Evaluación
Vocal Suplente

Lic. Alberto Rubén Darío Vergara Flores
En representación de la Comisión Estatal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios
Vocal Suplente

COLIMA



AÑOS


1523

2023



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36066001-017-23
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE
ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.


ASESORES CON VOZ:



C.P. Juan Ramón González Farías
Jefe del Departamento de Adquisiciones
Secretario Técnico Suplente.


Lic. Miguel Jazael Sandoval Cazares
En representación de la Coordinación de Asuntos Jurídicos

ASESOR TÉCNICO


Dra. Cristina López Ceballos
Medicina Paliativa y del Dolor (IEC)


Mtro. Carlos Felipe Ochoa Morales
Subdirector de Prevención y Promoción a la Salud


Dr. Eduardo Hernández Díaz
Coordinador del Centro Regulador Urgencias Médicas
y Coordinador de Prevención de Accidentes.

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36066001-017-23, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2023.

COLIMA



AÑOS

1523

2023

